



11 - Conclusiones

Como conclusión del estudio y evaluación de la documentación técnica aportada por el solicitante y descrita en este certificado, y de acuerdo con los resultados de los ensayos realizados en este Centro Español de Metrología referenciados en el apartado 8.2 de este certificado, se certifica que el "Instrumento destinado a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa, opacímetro, marca CENTRALAUTO® modelo KE.3400" **CUMPLE** lo especificado en el capítulo II, Aprobación de Modelo, de la Orden de 18 de marzo de 1999 (BOE 8 de abril de 1999) por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de encendido por compresión (diesel), del Ministerio de Fomento.

FIN DE DOCUMENTO



<p>Certificado nº <i>Certificate</i></p> <p>CEM-CY-02/0150-6.6</p>	<p>Fecha de emisión <i>Date of issue</i></p> <p>4 de abril de 2003</p>	<p>Firma autorizada (<i>Authorized Signature</i>)</p> <p>M^a Teresa López Esteban Jefa de Laboratorio de Materiales de Referencia</p>
--	--	---